受付番号 33001323-001（1/1）
2020年04月14日

検査結果証明書

株式会社 クワン　　御中

株式会社 環境研究センター
食品安全検査事業部
〒305-0028 茨城県つくば市妻木210-4
TEL. 029(863)2600 / FAX. 029(863)2603
本 社 〒305-0857 茨城県つくば市羽成 3-1
計量証明事業登録　茨城県第 25 号

受付年月日　2020年04月06日
検体の名称　クィーンズザクロ

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

	検　査　項　目	検査結果	単　位	基準値
1	放射性ヨウ素　131	検出せず	Bq/kg	―
2	放射性セシウム 134	検出せず	Bq/kg	100Bq/kg
3	放射性セシウム 137	検出せず	Bq/kg	
	－以下余白－			

備考	検査責任者
基準値：平成24年3月15日 厚生労働省医薬食品局食品安全部長（食安発0315第2号） 使用機器：ゲルマニウム半導体検出器 使用容器：マリネリ容器 放射性ヨウ素　131 定量下限値：5Bq/kg 放射性セシウム 134 定量下限値：5Bq/kg 放射線セシウム 137 定量下限値: 5Bq/kg	宍野

検査結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本証明書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。